

ALCANCE DE ACREDITACION

CEMENTOS PÓRTLAND VALDERRIVAS, S.A. Laboratorio Central

Dirección: Autovía Sevilla-Málaga, Km 12 y Km 7,5; 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Está acreditado por la **ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN**, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2000 (CGA-ENAC-LEC), para la realización de las Calibraciones en el Área de:

MECÁNICA-Fuerza

Categoría I (Calibraciones "in situ")

MAGNITUD Quantity	CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (±)	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments
FUERZA Force	<u>Compresión</u> 1 kN a 200 kN 200 kN a 3000 kN	0,005 F 0,01 F	Máquinas de ensayo de clase 0,5 según UNE-EN ISO 7500-1: 2000 Máquinas de ensayo de clase I según UNE-EN ISO 7500-1: 2000

(*) La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95 % según el documento EA-4/02. Esta incertidumbre corresponde a la "capacidad óptima de medida" del laboratorio.